


IP54  
防尘防水

检验证书

防水百分表



2324-10AC

- 符合JJG指示表国家计量检定规程
- 分度值: 0.01mm
- 防尘/防水等级: IP54
- 带公差指示器
- 可选附件: 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366)

| 型号          | 测量范围 | 全程精度 | 回程精度 | 一圈行程 | 表盘读数  | 最大测量力 | 备注   |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| 2324-10AC*  | 10mm | 17μm | 3μm  | 1mm  | 0-100 | 1.5N  | 带耳后盖 |
| 2324-10FAC* | 10mm | 17μm | 3μm  | 1mm  | 0-100 | 1.5N  | 平后盖  |

\*带生产厂检验证书