大量程百分表

INSIZE PLUS

检验证书



2889-30

- 符合GB/T指示表国家标准
- 配公差指示器
- 可选附件: 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366), 测杆提手(型号**7332**)

型号	测量范围	分度值	全程精度	回程精度	一圈行程	表盘读数	最大测量力	备注
2889-30*	30mm	0.01mm	35μm	7μm	1mm	0-100	2.2N	带耳后盖
2889-30F*	30mm	0.01mm	35μm	7μm	1mm	0-100	2.2N	平后盖

*带生产厂检验证书