

黄铜塞尺


注意: 精度不符合JJG
塞尺国家计量检定规程



4625-20

单位: mm

- 符合企业标准, 精度不符合JJG塞尺国家计量检定规程
- 精度: $\pm 4\mu\text{m}$ (尺片厚度0.05mm), $\pm 5\mu\text{m}$ (尺片厚度0.10mm)
 $\pm 6\mu\text{m}$ (尺片厚度0.15mm), $\pm 8\mu\text{m}$ (尺片厚度0.20mm)
 $\pm 9\mu\text{m}$ (尺片厚度0.25~0.30mm), $\pm 11\mu\text{m}$ (尺片厚度0.35mm)
 $\pm 12\mu\text{m}$ (尺片厚度0.40~0.45mm), $\pm 14\mu\text{m}$ (尺片厚度0.50~0.65mm)
 $\pm 17\mu\text{m}$ (尺片厚度0.70~0.75mm), $\pm 19\mu\text{m}$ (尺片厚度0.80~0.85mm)
 $\pm 22\mu\text{m}$ (尺片厚度0.90~0.95mm), $\pm 24\mu\text{m}$ (尺片厚度1.00mm)
- 黄铜材质, 可用于检测磁性物体



型号	测量范围	包含的尺片厚度(mm)	L	a	b	尺片数量
4625-13	0.05~1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	100mm	195mm	90mm	13
4625-20	0.05~1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	100mm	195mm	90mm	20