


水平仪检定器



4960-1A

- 符合JJG水平仪检定器国家计量检定规程
- 带纵向水泡和横向水泡, 横向水泡分度值: 0.02mm/m

型号	测量范围	分度值	分度值精度	回程精度
4960-1A	0-1mm/m	0.005mm/m	0.0003mm/m	0.0025mm/m